

## 湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖技术开 邮编 (Post Code): 430223

发区汽车电子工业园茅店山二路 电话 (Tel): (027) 81925100

传真 (Fax): (027) 81925110

http://www.hbjl.gov.cn

E-mail: hbjly@public.wh.hb.cn .cn

中国校准服务联合体

China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 002

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: [REDACTED] 号  
Certificate No.

委托方名称:

Customer

江苏佳裕国际贸易有限公司

委托方地址:

Address

南京市中山北路 8 号云峰大厦 1103 室

器具名称:

Name of Sample

超低频高压发生器

制造厂商:

Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

型号规格:

Model Type

HTDP-H(30kV)

器具编号:

No. of Sample

20130825

湖北省计量  
证书

发证单位 (专用章)

Issued by (stamp)



证书批准人

Approver

王刚

校准日期

Calibration date

2022 年 08 月 09 日

year month day

核验员

Test by

周静

建议再校日期

Recommended recal.date

2023 年 08 月 08 日

year month day

校准员

Calibrated by

田天

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于 1999 年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.

- 本院(中心)是国家法定计量检定机构,是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室。

This body is an institute of legal verification, it is also a accreditation laboratory accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS).

国家法定计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01028, (国)法计(2012)01040

Authorization certificate number of the national legal metrological verification institution:

中国合格评定国家认可委员会实验室: No. L0544

Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS):  
No. L0544

- 本次校准的技术依据(名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name, Code)

参照 JJG (鄂) 13-2001 《数字高压表》

- 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

名称: 数字高压表

Name

证书编号: JL2022020206010

Certificate No.

有效期限: 2023-08-09

Valid date to

测试技术研  
骑缝章

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 24.2 °C

Temperature

湿度: 54 %RH

Humidity

其它: ---

Others

气压: --- kPa

Place

地点: B126

Place

原始记录编号: [REDACTED]

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

This Certificate Cannot Be Partly Copied If Not Allowed By HIM.

本校准封面未加盖校准专用章无效。

It's Invalid That The Certificate Cannot Be Stamped.

### 校准数据/结果 Data/Results of Calibration

一、外观检查: 正常。

二、电压测量: (0.1Hz)

被检显示值(kV)	实测标准值(kV)
10.4	10.03
19.7	19.01
29.3	29.12
测量结果不确定度: $U_{rel}=0.3\%$ , $k=2$	

以下空白

充院